

## Model No・DC-4 モルタルフローテーブル ASTM C124

■モルタル供試体の作成にあたって突き棒による突固めの数を決定する為のフロー値の試験に使用いたします。



Model No・DC-4

### 仕 様

- ・フローテーブル       $\phi$ 300 mm (鋳物製)
- ・本 体                      焼き入れ鋼
- ・コーン                    上部内径  $\phi$ 70 mm  
下部内径  $\phi$ 100 mm  
高  さ        60 mm
- ・突き棒                     $\phi$ 20 mm 重量 500g (鋼製)
- ・本体重量                 約 5Kg

## Model No・DC-15 スランプ試験器/MS-1 写真撮影用検尺

JIS A1101 ASTM C143 BS 1881, 5075


■本セットは JIS A 1101 に規定する、コンクリートのコンシステンシーを測定するのに使用いたします。



Model No・DC-15

### 仕 様

- ・スランプコーン        上部内径  $\phi$ 50 mm  
下部内径  $\phi$ 100 mm  
高  さ        150 mm
- ・突き棒                     $\phi$ 9 mm  $\times$  L 300 mm
- ・台 板                      350 mm  $\times$  350 mm  $\times$  3.2t mm
- ・検 尺                      150 mm
- ・ハンドスコップ        丸型



Model No・MS-1 型

■MS-1 型はスランプコーンを抜いた後の切頭円錐体頂面の低下量を写真撮影用に拡大スケールを付けた検尺です。

- ・両面に拡大スケールを付けていますので、前後共写真撮影が可能です。
- ・拡大スケールは、目盛が消えても取り替えが可能です。
- ・適度の重量にて風の影響を受ける事はありません。